



DANH MỤC HÀNG HOÁ YÊU CẦU BẢO GIÁ

(kèm theo thông báo số 68/TB-TTĐT ngày 11 tháng 11 năm 2025 của Trung tâm Y tế huyện Yên Mỹ)

	Tên hàng	Thông số kỹ thuật	ĐVT	số lượng
1	Khay/Thẻ thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Marijuana, Morphine, Codein, Heroin) (AMP/THC/COD/HER/MOP)	Que thử xét nghiệm định tính MOP/COD/HER/THC/AMP (5 Thông số) Mục đích sử dụng: - Que thử xét nghiệm định tính(Nước tiểu) là xét nghiệm miễn dịch sắc ký nhanh để phát hiện định tính và đồng thời các loại chất gây nghiện (AMP, COD, HER, MOP, THC) dưới dạng các phức hợp khác nhau có trong nước tiểu ở người.	Test	200
2	Test HIV	Phát hiện sự có mặt của các kháng thể kháng HIV-1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người Đạt tiêu chuẩn ISO13485:2016 - Mẫu phẩm: Huyết thanh, huyết tương, máu toàn phần - Độ nhạy: 99.59%, Độ đặc hiệu: 99.87% - Thành phần Kit thử: Cộng hợp vàng HIV-Ag tái tổ hợp. - Vạch kết quả Anti-human IgG-Fe Mcab. - Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 của viện VSDTTW - Bảo quản ở nhiệt độ thường	Test	50
3	Khay thử xét nghiệm định tính virus viêm gan C	Phát hiện định tính các kháng thể đặc hiệu đối với HCV trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần người. - Độ nhạy: 98,9% - Độ đặc hiệu: 100% Bảo quản: 2-40oC Nằm trong danh sách WHO PQ Tiêu chuẩn ISO 13485	Test	50
4	Khay thử/Que thử xét nghiệm định tính kháng nguyên HBsAg	Phát hiện định tính kháng nguyên bề mặt viêm gan B(HBsAg) có mặt trong huyết thanh, huyết tương hoặc máu toàn phần. Không cần dung dịch đệm (lọ Buffer). Độ nhạy: 100%, độ đặc hiệu: 100% so với CLIA. Ổn định 8 tuần tại 55 +/-1oC . Độ chính xác 100%. Bảo quản: 2-40oC. Kết quả xét nghiệm ổn định tới 30 phút Hàm lượng: - Kháng thể đơn dòng kháng HBs: 0,75 ± 0,15µg - Kháng thể đơn dòng kháng IgY gà: 0,6 ± 0,12µg - Kháng thể đơn dòng kháng HBs- gắn keo vàng: 0,08± 0,16µg - IgY gà- gắn keo vàng: 0,015 ± 0,003µg Tiêu chuẩn ISO 13485	Test	75
5	Khay/Thẻ thử xét nghiệm định tính Amphetamine, Methamphetamine, Marijuana, và Morphine (AMP/MET/THC/MOP)	- Xét nghiệm sắc ký miễn dịch để xác định định tính sự hiện diện của các loại thuốc được liệt kê trong bảng dưới đây trong nước tiểu của con người: - Đặc điểm hiệu suất AMP, THC, MET, MOP: + Độ nhạy 100% + Độ đặc hiệu 100% + Độ chính xác 100% - Giải thích kết quả xét nghiệm trong vòng 5 phút. Tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485	Test	40